

NHÃN SẢN PHẨM: Cleaner

Mẫu nhãn




Nhãn phụ

Cleaner

Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đồng máu

Mã sản phẩm: 81009013

Số lưu hành:

Hạn sử dụng: Xem  trên bao bì.

Dung dịch rửa đã mở nắp và bảo quản trên máy xét nghiệm ở 15-30°C: ổn định trong 7 ngày.

Dung dịch rửa sau khi sử dụng được đóng kín và bảo quản ở 15-30°C: ổn định trong 4 tháng.

Số lô: Xem  trên bao bì.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở 15-30°C.

Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:

Tra cứu tại website www.suckhoemoitruongvn.com

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam

Địa chỉ: Số 7, nhà B8, khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cơ sở sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm: Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.

Địa chỉ: IZ-NOE Sued, Hondastrasse, Objekt M55, 2351 Wr. Neudorf, Austria.

Xuất xứ: Áo.