HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cáng chuyển bệnh nhân

Ký hiệu: BT-300

Hãng sản xuất: Sigma-care Development Co.,LTD

Nước sản xuất: Đài Loan

SAO Y BẢN CHÍNH



1. Tay quay số 1: dùng để nâng hạ lưng

   Hướng dẫn dùng để nâng lưng: Quay theo chiều kim đồng hồ cho tựa lưng của cáng nâng lên; ngược chiều kim đồng hồ cho tựa lưng xuống.
2. Tay quay số 2: Dùng để điều chỉnh chiều cao cáng

   Hướng dẫn dùng điêu chỉnh chiều cao: Quay theo chiều kim đồng hồ để nâng chiều cao của giường; ngược chiều kim đồng hồ để hạ chiều cao xuống
3. Tay quay số 3: Dùng để nâng hạ chân

   Hướng dẫn dùng để nâng hạ chân: Quay theo chiều kim đồng hồ để nâng phần chân của cáng lên; ngược chiều kim đồng hồ để hạ phần chân của cáng xuống
4. Giá đỡ bình oxy
5. Thanh chắn giường bằng nhôm (3/4 chiều cao)
6. Đệm bọc bằng da tổng hợp
7. Bốn bánh xe có chất lượng cao : 150mm (3 bánh xe có khóa và 1 bánh xe định hướng)
8. 2 cọc truyền dịch.

M.S.D.N: 0100778964-C.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Anh