

BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN

- Căn cứ Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế.
- Căn cứ Nghị định số 169/2018/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
- Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.
- Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số 180000028/ PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 11 /10 / 2018
- Căn cứ giấy chứng chỉ phân loại của người thực hiện phân loại số:244 theo QĐ số 148AQĐ-CDKTTTB/BYT-CCHNPL, ngày cấp 25 tháng 6 năm 2018

Theo yêu cầu của **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN** , Có địa chỉ tại 19P Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh; Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: *Kết quả phân loại ở trang sau.*

Người thực hiện phân loại

GIÁM ĐỐC

***Trang thiết bị y tế không là trang
thiết bị y tế chẩn đoán In vitro***

PHẠM VĂN LINH

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Số: 285 / 180000028/PCBPL-BYT, ngày 30 tháng 05 năm 2019

T T	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại	Mã sản phẩm	Kích thước	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu,	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Vớ y tế	MB medical socks	29B3X100003000001,	SS, S, M, L, LL	Mitsuboshi Socks Co., Ltd., /Nhật Bản	Mitsuboshi Socks Co., Ltd., /Nhật Bản	Hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch...	Quy tắc 4	A
			29B3X100003000002,	SS, S, M, L, LL					