

Số: 2018927 PL-VTC/
180000027/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số: 180000027/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 11/10/2018;

Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế;

Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số: 19000444/BYT-CCHNPL, 19000446/BYT-CCHNPL, 19000464/BYT-CCHNPL, ngày cấp 13/8/2019;

Theo yêu cầu của **CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT**; có địa chỉ tại: Số nhà L8, tổ dân phố 6, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Bàn mổ thủy lực	Surgery 8500	DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH, Germany		- Tạo ra các tư thế khác nhau của bệnh nhân, giúp bác sỹ thuận lợi trong quá trình phẫu thuật.	Quy tắc 4	A
2	Bàn mổ điện thủy lực	Surgery 8600	DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH, Germany		- Tạo ra các tư thế khác nhau của bệnh nhân, giúp bác sỹ thuận lợi trong quá trình phẫu thuật.	Quy tắc 12	
	Surgery 8900						
	Surgery 8800						
	Surgery 8900 Modular						

Người thực hiện phân loại

Nguyễn Tuấn Anh

Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vitro

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Việt

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.