

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tên mẫu: **KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT**

Tình trạng mẫu: Mẫu thành phẩm

Ngày nhận mẫu: 15/04/2020 Thời gian thử nghiệm: 15/04 – 20/04/2020

Ngày trả kết quả: 22/04/2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Chì (Pb)	mg/kg	<b>KPH (LOD=0.05)</b>	TCVN 8389-1:2010
02	Cadimi (Cd)	mg/kg	<b>KPH (LOD=0.05)</b>	TCVN 8389-1:2010
03	Asen (As)	mg/kg	<b>KPH (LOD=0.05)</b>	TCVN 8389-1:2010
04	Thủy ngân (Hg)	mg/kg	<b>KPH (LOD=0.05)</b>	TCVN 8389-1:2010
05	Antimoin (Sb)	mg/kg	<b>KPH (LOD=0.05)</b>	TCVN 8389-1:2010

Ghi chú:

KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng

Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam.



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT**  
 Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiện Khê, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam  
 Tên mẫu: **KHẨU TRANG Y TẾ HỒNG PHÁT**  
 Tình trạng mẫu: Mẫu thành phẩm  
 Ngày nhận mẫu: 15/04/2020 Thời gian thử nghiệm: 15/04 – 20/04/2020  
 Ngày trả kết quả: 22/04/2020

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ		
01	Khả năng kháng khuẩn – tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn	AATCC100:20 12	<i>Staphylococcus aureus</i>	0 giờ (A), CFU/ml	1.8 x 10 <sup>4</sup>
				24 giờ (B), CFU/ml	2.3 x 10 <sup>3</sup>
				% suy giảm (R)	87.22
			<i>Escherchia Coli</i>	0 giờ (A), CFU/ml	2.4 x 10 <sup>4</sup>
				24 giờ (B), CFU/ml	3.0 x 10 <sup>3</sup>
				% suy giảm (R)	87.50

Ghi chú

Các chỉ tiêu thử nghiệm được thực hiện trên mô hình phòng thí nghiệm  
 $\% \text{ suy giảm (R)} = 100(A-B)/A$

Phụ trách PTN



Nguyễn Kim Liễu



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm. Thông tin mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng  
 Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của giám đốc công ty TNHH DV KHCN Khuê Nam.