



Số: 8421/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

1. Tên mẫu: Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn, Thương Hiệu: Phucthanhmedical, Sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Dược Kim Bảng. Địa chỉ: Số 20 Đường Quang Trung, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam
2. Mã số mẫu: 04202536/DV.1
3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong hộp giấy, 50 chiếc/hộp - Số lượng: 1  
NSX - HSD: không có; Không có mẫu lưu
4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
5. Thời gian lưu mẫu: Không có
6. Ngày nhận mẫu: 21/04/2020
7. Thời gian thử nghiệm: 21/04/2020 - 29/04/2020
8. Nơi gửi mẫu: Công Ty Cổ Phần Dược Kim Bảng  
Địa chỉ: 20 Quang Trung, TT. Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
9. Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Vi sinh vật

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	So sánh theo BS EN 14683:2019
9.1	Hiệu quả lọc Vi Khuẩn	/chiếc	Ref. TCVN 8389-2:2010 và BS EN 14683:2019	99,99 %	Đạt
9.2	Độ vô khuẩn	CFU/g	BS EN 14683:2019	13,75	Đạt

Ghi chú: Hiệu quả lọc vi khuẩn tương đương với khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn của khẩu trang Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TUQ.VIỆN TRƯỞNG



PHỤ TRÁCH KHOA  
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  
TS. Lê Thị Phương Thảo