

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 208320/VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Thương mại TBYT Phúc An

Địa chỉ: 39 Đường B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: PA PRO Vải kháng khuẩn

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Thương mại TBYT Phúc An

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Trần Đức Anh

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			
6.1	Hàm lượng Asen (As)	0,17 mg/kg	X	
6.2	Hàm lượng Chì (Pb)	1,00 mg/kg	X	
6.3	Hàm lượng Thủy Ngân (Hg)	0,12 mg/kg	X	
6.4	Hàm lượng Antimon (Sb)	0,10 mg/kg	X	
6.5	Hàm lượng Cadimi (Cd)	0,10 mg/kg	X	

* Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu Công ty TNHH Thương mại TBYYT Phúc An cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 04/5/2020.

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020
NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Trần Đức Anh