

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 3846/20 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hưng Thịnh Phát

Địa chỉ: Km số 7, quốc lộ 39A, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: 3 lớp NAFY FACE MASK

Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hưng Thịnh Phát

Địa chỉ sản xuất: Km số 7, quốc lộ 39A, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam


Người thử nghiệm: Nguyễn Mạnh Hải

Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN
TRANG THIẾT BỊ
VÀ CÔNG TRÌNH
Y TẾ

TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật

TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng		Phù hợp	

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Quốc tế Hưng Thịnh Phát cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 24/09/2020.*

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Nguyễn Mạnh Hải