



## PHỤ LỤC

(Đính kèm Bản kết quả phân loại trang thiết bị Y tế số: 851-ĐP/180000023/PCBPL-BYT)

	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
01	Tủ lạnh âm sâu -86°C	DW-86L959BP; DW-86L829BP; DW-86L729BP; DW-86L729BP; DW-86L579BP; DW-86L578S; DW-86L728S	Haier/ Trung Quốc	Haier/ Trung Quốc	Bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm	QT2- Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT	Loại B