



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 726- DP/
180000023/ PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số:
180000023/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 29 tháng 05 năm 2018;

Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số:
19000540/BYT-CCHNPL ngày cấp 13 tháng 08 năm 2019;

Theo yêu cầu của Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn, có địa chỉ tại: số 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế theo bảng Phụ lục đính kèm trang bên.

Người thực hiện phân loại
PHÓ GIÁM ĐỐC

Người đại diện hợp pháp
GIÁM ĐỐC

Lê Đức Hà



Hà Thùy Linh

- Trang thiết bị trên không là trang thiết bị chẩn đoán in vitro.

Nơi nhận:

- Bộ y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan các cửa khẩu;
- Lưu VT.

Điện thoại: 0917 686 822 * Email: ducphucmed@gmail.com

PHỤ LỤC

(Đính kèm Bản kê quả phân loại trang thiết bị Y tế số: 726-ĐP/180000023/PCBPL-BYT)

TT	Tên trang thiết bị	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
04	Tủ lạnh âm sâu (-86°C)	DW-86L100J	Haier/ Trung Quốc	Haier/ Trung Quốc	Bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm	QT2- Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT	Loại B

Điện thoại: 0917 686 822 * Email: duephucmed@gmail.com