

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên sản phẩm: **Bộ dây nối có đầu van kết nối an toàn**

Chủng loại: **Safeflow Extension Set**

### Mục đích sử dụng

Bộ dây nối đường kính nhỏ cho truyền dịch.

Bộ dây nối cho phép thao tác ngoài vị trí tiêm, giúp đảm bảo việc điều trị của bệnh nhân khi truyền dịch, truyền máu, lấy mẫu máu và tiêm ngắt quãng mà không cần sử dụng kim tiêm.

### Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm	Mô tả	Vật liệu cấu tạo
4097154N	Bộ dây nối đường kính nhỏ Bộ dây có van an toàn tự động van	SI, PC, PUR, MABS, PE không chứa cao su, không chứa DEHP, không chứa PVC
4097145N	Bộ dây nối chữ Y đường kính nhỏ Bộ dây với hai van an toàn tự động	SI, PC, PUR, PE, MABS, không chứa PVC-U, cao su không chứa DEHP
4097148N	Bộ dây nối chữ Y đường kính nhỏ Bộ dây với hai van an toàn tự động và van một chiều	SI, PC, PUR, PE, MABS, không chứa PVC-U, SAN, cao su không chứa DEHP

### Hướng dẫn sử dụng

- Sử dụng kỹ thuật vô trùng.
  - Lau sạch vị trí tiêm trước khi sử dụng theo quy trình tại cơ sở.
  - Sử dụng một đầu luer có sẵn không có kim. Dùng tay xoay 90° để siết chặt ống tiêm có đầu luer trượt vào van.
  - Tráng rửa và thay xi lanh theo quy trình tại cơ sở và/hoặc quy trình của Bộ y tế. Khử trùng van bằng gạc Softa® Cloth (\*) hoặc theo quy trình tại cơ sở.
- (\*) Chất khử trùng được khuyến cáo: Softa® Cloth (B.Braun Medical AG, Sempach, Thụy Sĩ)

### Cảnh báo

Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm bẩn và/hoặc hư hỏng chức năng hoạt động. Sự nhiễm bẩn và/hoặc hạn chế chức năng hoạt động của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong cho bệnh nhân.

Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng. Không khử trùng lại.

**THẬN TRỌNG!** Không ngắt kết nối xi lanh loại luer slip mà không được giám sát. Đóng khóa kẹp trước khi rút xi lanh.

Xoay xi lanh ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra.

**CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM**

**Trưởng phòng đăng ký**



**Lê Thị Hương**