

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Tên trang thiết bị y tế	Xilanh bơm tiêm gây tê
Chỉ định	Được sử dụng để bơm thuốc gây tê trong khám chữa răng hoặc điều trị tai mũi họng Kéo phần tay cầm xilanh xuống hết cỡ rồi gập thân xilanh xuống, lắp ống thuốc vào và kéo thẳng lại thân xilanh, xoay thân xilanh theo chiều kim đồng hồ, tiến hành bơm theo yêu cầu của nha sỹ hoặc PTV TMH
Hướng dẫn xử lý khử khuẩn tiệt khuẩn	Tuân theo Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế)
Bảo quản	Các sản phẩm sau tiệt trùng cần được cất trữ, bảo quản ở nơi khô thoáng, sạch sẽ, nhiệt độ ổn định và tránh ánh sáng.
Cảnh báo	Các vết bản phẫu thuật đã khô hoặc bám dính có thể khiến việc tẩy rửa trở nên khó khăn hoặc không hiệu quả và gây ra hiện tượng ăn mòn. Do đó, khoảng thời gian giữa lúc tiệt khuẩn và tái xử lý không được quá 6 giờ; ngoài ra, không nên để nhiệt độ trước khi tẩy rửa chất bám dính >45°C cũng như không nên sử dụng các hóa chất khử chất bám dính (có thành phần hoạt tính: an-đê-hít/côn). Sử dụng quá liều các hóa chất trung tính hoặc chất tẩy rửa cơ bản có thể gây ra tác dụng hoá học và/hoặc làm mờ và không thể đọc được dấu hiệu laze trên thép không gỉ bằng mắt thường hoặc bằng máy. Các vết bản còn sót chứa clo hoặc clorua, ví dụ như các vết bản phẫu thuật, thuốc, dung dịch muối và trong nước công nghiệp dùng để tẩy rửa, khử khuẩn, và tiệt khuẩn, sẽ làm ăn mòn (ăn mòn bề mặt, ăn mòn do ứng suất) và do đó làm hỏng các sản phẩm thép không gỉ. Loại vết bản này phải được loại bỏ bằng cách rửa kỹ bằng nước khử khoáng và sau đó làm khô. Tiến hành làm khô bổ sung, nếu cần. Chỉ những hóa chất xử lý đã được kiểm nghiệm và phê duyệt (ví dụ phê duyệt VAH/DGHM hoặc FDA hoặc dấu CE) và tương thích với chất liệu của sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất mới được sử dụng để xử lý sản phẩm. Phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi thông số kỹ thuật sử dụng của nhà sản xuất hóa chất