

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quý Khải

Hà Nội - 2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

- Trước khi đưa dụng cụ vào sử dụng cần được vô trùng.
Trước khi tiệt trùng, dụng cụ cần được rửa sạch với nước ấm hoặc với dung dịch tẩy rửa y tế ở nồng độ cho phép theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Sử dụng bàn chải mềm chà rửa dụng cụ.
Sau đó làm khô ở nhiệt độ tối đa 134 độ C.
- Dụng cụ cần được tháo rời để rửa vệ sinh.
Qui trình làm sạch dụng cụ tối thiểu phải đáp ứng theo tiêu chuẩn PN-EN ISO 17664: 2005.
- Khử trùng:
 - Dụng cụ cần được làm khô trước khi cho vào hấp.
Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C và áp suất cao 1atm ở 20 phút. Hoặc ở nhiệt độ 134 độ C và áp suất cao 2atm trong 10 phút.
Dụng cụ nồi hấp tiệt trùng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn PN EN 556-1: 2002.
Qui trình tiệt trùng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn PN-EN ISO 17665-1: 2008.
 - Bảo quản:
 - Dụng cụ cần được bảo quản khô ráo. Tránh ánh nắng trực tiếp, ẩm và nhiệt độ cao.
Cần kiểm tra dụng cụ trước khi sử dụng.
Không được cồn dư lượng chất khử trùng.
Thay thế và loại bỏ các dụng cụ hỏng.
Lưu ý, tiệt trùng không thay thế được cho làm sạch.
 - Bất kỳ áp lực nào tác động lên dụng cụ cũng phải phù hợp tình trạng của xương.
 - Phải có bao che phù hợp trong quá trình sử dụng.
 - Nhận thức về tình trạng từ tính của dụng cụ.
 - Không sử dụng bàn chải cứng, kim loại để chà rửa dụng cụ.
 - Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh có chứa iod, clo hoặc muối kim loại, nồng độ PH cao trên 11.
 - Nếu chi tiết dụng cụ có dấu hiệu hỏng cần loại bỏ và thay thế.
 - Nhân viên liên quan sử dụng dụng cụ cần được hướng dẫn, đào tạo và có chuyên môn.
 - Các dụng cụ phải được sử dụng đúng với mục đích dự định và phù hợp với điều kiện thực hành Y tế.
 - Tránh tiếp xúc với chất ăn mòn.

