

Tên sản phẩm            Mã sản phẩm  
UF-CELLSHEATH        ZPPBY074501

## UF-CELLSHEATH

**Tên thương mại**  
UF-CELLSHEATH

### Mục đích sử dụng

Chỉ sử dụng cho mục đích chẩn đoán in-vitro.

UF-CELLSHEATH là dung dịch tạo dòng chảy cho máy xét nghiệm cận lắng nước tiểu tự động của Sysmex. Thuốc thử này được sử dụng kết hợp với các thuốc thử khác của Sysmex để xác định số lượng các thành phần cận lắng nước tiểu bằng phương pháp tế bào dòng chảy. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.

### Thành phần

Tris Buffer: 0.14 %

### Cảnh báo và phòng ngừa

1. Mục đích sử dụng của thuốc thử được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng. Độ tin cậy của các giá trị phân tích không thể được đảm bảo nếu thuốc thử không được sử dụng theo mục đích sử dụng được đề cập hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng.
2. Không được sử dụng thuốc thử hết hạn do độ tin cậy của các giá trị phân tích không được đảm bảo.
3. Không được sử dụng thuốc thử đã để đông.
4. Khi thay thuốc thử, không được dồn thuốc thử và sử dụng lại thùng thuốc thử cũ.
5. Xử lý thuốc thử cẩn thận, tránh tạo bọt khí. Nếu có bọt khí, phân tích có thể không đúng.
6. Sau khi cài đặt, đóng gói thuốc thử lại là việc không được khuyến cáo. Khi thuốc thử không được kết nối với máy phân tích sau khi mở nắp, khả năng suy giảm chất lượng do ngoại nhiễm do vi khuẩn hoặc các thành phần khác.
7. Không được sử dụng thuốc thử nếu có dấu hiệu của ngoại nhiễm hoặc không ổn định như độ đục hoặc chuyển thành không màu.
8. Luôn mang găng tay và áo bảo hộ để đảm bảo an toàn khi xử lý thuốc thử.
9. Không để thuốc thử tiếp xúc với cơ thể người. Tránh tiếp xúc với mắt và da, tránh nuốt phải. Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa ngay với nhiều nước. Trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay với nước hoặc nước muối thông thường và nên kiểm tra trên dưới mí mắt để đảm bảo không có gì nghiêm trọng. Hãy đến cơ sở y tế gần nhất nếu nuốt phải.

### Quy trình thực hiện

Đặt thùng UF-CELLSHEATH tại vị trí được mô tả như trong Hướng dẫn sử dụng máy. Không đặt thùng thuốc thử quá 1m từ phía trên hoặc từ phía dưới của máy. Không được đặt thuốc thử bên trên máy. Kết nối thùng UF-CELLSHEATH với máy xét nghiệm.

Thuốc thử mới nên để ổn định trong 24 giờ ở nhiệt độ 10°C - 30°C trước khi sử dụng. Tham khảo thêm Hướng dẫn sử dụng – “Mục thay thế hóa chất” để có thêm thông tin chi tiết.

Thuốc thử nên được sử dụng bởi nhân viên đã được đào tạo.

### Lưu trữ và hạn dùng khi chưa mở nắp

- Khi chưa mở nắp bảo quản UF-CELLSHEATH ở 2-35 °C và tránh ánh sáng mặt trời.
- Hạn dùng khi chưa mở nắp được ghi trên nhãn của thuốc thử.

### Lưu trữ và hạn dùng sau lần đầu mở nắp

- Sau khi mở nắp và gắn vào máy, UF-CELLSHEATH ổn định trong 60 ngày.

**Hạn dùng:** 12 tháng kể từ khi sản xuất.

**Quy trình xử lý thải**

- Đảm bảo thùng thuốc thử không còn dung dịch bên trong khi thải bỏ.
- Quy trình thải đối với thùng thuốc thử đã sử dụng, dung dịch còn tồn bên trong, nước thải bao gồm cả mẫu nên được tuân theo quy định xử lý thải của từng địa phương.

**Nơi sản xuất:****SYSMEX ASIA PACIFIC PTE. LTD.**

19 Jalan Tukang, Sambo Innovation Building, Singapore 619265

**Chủ sở hữu sản phẩm:****SYSMEX CORPORATION**

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Nhật Bản

**Thông tin sản phẩm**

UF-CELLSHEATH      20L x 1

**Ngày cấp hoặc sửa đổi**

03-2021 (INS- UF-4000/5000 ver 2021)