

Số: 246.21/180000026/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế được xác nhận văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018;

Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 68, Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 169/2018 NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số 180000026/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày ngày 11 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ Chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế số 19000625/BYT-CCHNPL của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh do Bộ Y tế cấp ngày 13 tháng 08 năm 2019;

Theo yêu cầu của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG, có địa chỉ tại: 80/9/7 Đường Số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: (Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm)

Người thực hiện phân loại



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
thực hiện phân loại



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế
số: 246.21/180000026/PCBPL-BYT, ngày 16 tháng 07 năm 2021)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1.	Tăm bông lấy mẫu tiết trùng	96000	Miraclean Technology Co.,Ltd / Trung Quốc	Miraclean Technology Co.,Ltd / Trung Quốc	Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y tế	Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT	TTBYT Loại A
		96000A					
		96000B					
		96000C					
		96000D					
		96000E					
		96000F					
96000G							
2.	Tăm bông lấy mẫu tiết trùng	93050	Miraclean Technology Co.,Ltd / Trung Quốc	Miraclean Technology Co.,Ltd / Trung Quốc	Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm trong lĩnh vực y tế	Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT	TTBYT Loại A

Ghi chú: Tên hãng sản xuất và nước sản xuất là theo kê khai của chủ sở hữu trang thiết bị y tế đề nghị làm phân loại.

TQC TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

2/2

Thành phố Hà Nội
Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển,
Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân
Điện thoại: 024 6680 0338; 0945.659.168
Email: info@tqc.vn

Thành phố Đà Nẵng
Tầng 2 – Tòa nhà Vinadco, Số 01-03 Hồ Quý Ly,
Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3622668; 0868.863.818
Email: vpdn@tqc.vn

Thành phố Hồ Chí Minh
232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13,
Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 028.62701386; 0988.397.156
Email: vpstg@tqc.vn