



Số: 22156/PKN-VKNQG


PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: Giấy kháng khuẩn
 2. Mã số mẫu: 08206659/DV.1
 3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi nilon, 05 g/túi - Số lượng: 1
 NSX - HSD: không có; Không có mẫu lưu
 4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
 5. Thời gian lưu mẫu: Không có
 6. Ngày nhận mẫu: 17/08/2020
 7. Thời gian thử nghiệm: 17/08/2020 - 26/08/2020
 8. Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Chăm sóc Sức khỏe VG
 Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
 9. Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Vi sinh vật

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hiệu quả lọc vi khuẩn	/chiếc	BS EN 14683:2019	99,80 %

SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày 11 tháng 08 năm 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020



GIÁM ĐỐC
 Trương Vĩnh Giang

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 TS. Trần Cao Sơn