

**GIẤY CHỨNG NHẬN
THỬ NGHIỆM**

Số: 07912 /VTTB-ĐGCL

Cơ quan yêu cầu: Công ty TNHH Vật tư Y tế VHL

Địa chỉ: Số 25, Phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Tên sản phẩm: Khẩu trang y tế

Model: 3 lớp

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Vật tư Y tế VHL

Địa chỉ sản xuất: 372 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Xuất xứ: Việt Nam

Người thử nghiệm: Nguyễn Mạnh Hải


Tiêu chuẩn thử nghiệm: Theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010

Phương pháp thử nghiệm: Theo TCVN 8389-1:2010

Kết luận: Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 - Khẩu trang y tế thông thường.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thanh Hải

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Căn cứ theo tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010)

Thông số kỹ thuật


TT	Nội dung	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Kết cấu và vật liệu	Vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp; có lớp vi lọc, thanh nếp mũi và dây đeo; không có lỗi ngoại quan	X	
2	Hiệu suất lọc đối với sương dầu (%)	Hiệu suất lọc không nhỏ hơn mức 90%	X	
3	Trở lực hô hấp (mmH ₂ O)	Trở lực hô hấp (DP) không lớn hơn mức 9 mmH ₂ O	X	
4	Giới hạn trường nhìn (%)	Giới hạn trường nhìn không lớn hơn mức 6%	X	
5	Khối lượng (g)	Khối lượng không lớn hơn 10 g	X	
6	Giới hạn cho phép của kim loại nặng			Phù hợp

**Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị đối với các mẫu thử Công ty TNHH Vật tư Y tế VHL cung cấp cho Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế ngày 04/10/2021.*

SOÁT XÉT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Nguyễn Mạnh Hải