

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
ADJ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20210842-ADJVINA/
170000008/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số 170000008/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 27/02/2017;

Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số: 19000522/ BYT-CCHNPL, ngày cấp: 13/08/2019;

Theo yêu cầu của **CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT**, có địa chỉ tại: Số 1, đường Ngũ Phúc 5, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

Theo phụ lục I đính kèm

Người thực hiện phân loại



Trần Nhật Quân

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ
ADJ VIỆT NAM**



GIÁM ĐỐC
Dương Thùy Linh

Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC I

Kèm theo Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế số: 20210842-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất, địa chỉ hãng sản xuất	Hãng, nước sở hữu, địa chỉ hãng chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Giường y tế điều khiển điện	LS-EA5028A; LS-EA5028B; LS-EA5028C; LS-EA5003D; LS-EA5003B; LS-EA5003; LS-EA5009A ; LS-EA5013 ; LS-EA185B ; LS-EA185C ; LS-EA185D ; LS-EA3001A ; LS-EA2010A ; LS-EA385 ; LS-EA5019 ; LS-EA5029	NINGBO HECAL MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. Kesan road, Ninghai Economic & development zone, Ningbo, China	NINGBO HECAL MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Kesan road, Ninghai Economic & development zone, Ningbo, China	Dùng cho bệnh nhân điều trị trong bệnh viện	Quy tắc 12, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT	A

