

Số: ..5.69.PL-TTĐV/  
170000027/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày .23. tháng 8 năm 2017

### BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Nguyên tắc được sử dụng để phân loại: Quy tắc 4, Quy tắc 12.

(Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro)

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Loại trang thiết bị y tế	Quy tắc sử dụng để phân loại
1	Dây nối bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn với máy monitor hiệu Marquet	BIC-MQ1	BL LIFESCIENCES PVT.LTD/ INDIA (Ấn Độ)	A	A	Quy tắc 12
		BIC-MQ2				
2	Dây nối bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn với máy monitor hiệu Phillips	BIC-PH1				
3	Miếng giữ cố định bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn	BOT-68	BL LIFESCIENCES PVT.LTD/ INDIA (Ấn Độ)	A	A	Quy tắc 4
		BOT-69				

**Nơi nhận:**

- Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Trọng Tín;
- Lưu TTĐV. *NB*

Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
**GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Hữu Việt**