

**TIÊU CHUẨN – ĐIỀU KIỆN KHO BẢO QUẢN
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

1. Thông số chung

- Diện tích kho: 30m²
- Chiều cao kho: 3,4m

2. Điều kiện và trang thiết bị bảo quản của kho

Kho được bố trí hợp lý đảm bảo thuận tiện để lưu trữ và bảo quản Trang thiết bị y tế theo Quy định.

- Hệ thống kho đảm bảo thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm.
- Tại cửa vào kho có Biển tên kho và nội quy sử dụng kho.
- Trong kho có vị trí đặt phương tiện phòng cháy chữa cháy:
 - + Tiêu lệnh Phòng cháy chữa cháy;
 - + Nội quy Phòng cháy chữa cháy;
 - + Hướng dẫn ứng phó với tình huống khẩn cấp;
 - + 02 Bình chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.
- Giá kệ để hàng trong kho bằng thép sơn tĩnh điện; Pallet nhựa hoặc Gỗ được sắp xếp đảm bảo an toàn, tránh cháy nổ.
- Kho được xây/ngăn bằng vật liệu hợp lý, các thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ.
- Trong kho được lắp đặt Hệ thống vòi phun nước và Hệ thống bơm chữa cháy.

3. Thông số về điều kiện bảo quản

- Trong kho có gắn Nhiệt ẩm kế để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm.
- Kho được lắp hệ thống điều hòa cung cấp không khí để đảm bảo khô thoáng và kiểm soát nhiệt độ kho (luôn dưới 30⁰C).

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



PHÍ THÚY HẰNG