

**BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Siro ho	SiropSédal / Chai 125ml	Laboratoires des Réalisations Thérapeutiques ELERTE / France	Laboratoires des Réalisations Thérapeutiques ELERTE / France	Siro tạo thành một hàng rào vật lý bảo vệ niêm mạc, làm dịu màng nhầy bị viêm do đó giúp giảm ho. Tác dụng hút nước vào màng nhầy giúp làm lỏng đờm và dễ đào thải đờm. Sử dụng trong trường hợp ho khan hoặc ho có đờm ở người lớn và trẻ em từ 1 tuổi.	Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT	TTBYT Loại A

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân loại**

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Minh Thu*