

2.2	Hướng dẫn sử dụng	Mở nắp thùng hóa chất Diluent, đưa hóa chất vào công hút tương ứng. Chọn chế độ trên máy, sau khi hút hóa chất máy sẽ tự động thực hiện các bước đến khi báo hoàn thành.
2.3	Chống chỉ định	Hóa chất xét nghiệm này chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro (IVD) và không sử dụng cho các mục đích khác theo khuyến cáo. Chỉ được sử dụng bởi các nhân viên chuyên môn.
2.4	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> * Không sử dụng thuốc hết hạn và hộp thuốc có dấu hiệu rơi vỡ. * Không để nhiệt độ âm * Sau khi mở thùng hóa chất phải sử dụng hết trong vòng 60 ngày. * Không được uống, tránh tiếp xúc trực tiếp vào da, mắt. Nếu có rửa sạch với vòi nước đang chảy.
2.5	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<ul style="list-style-type: none"> * Có khả năng gây kích ứng khi tiếp xúc trực tiếp với da thời gian lâu. * Kết quả xét nghiệm có thể bị sai sót khi không thực hiện đúng các yêu cầu. * Sử dụng thuốc hết hạn hoặc thuốc bị lỗi kỹ thuật
2.6	Phương pháp thay thế (nếu có)	
2.7	Thông tin về nguyên vật liệu	Dung dịch không màu
2.8	Các thông số kỹ thuật có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> * Hạn dùng: trên 01 năm kể từ ngày sản xuất. * Bảo quản: nhiệt độ phòng * Vận chuyển: nhẹ nhàng, tránh va đập.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
 Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
 Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Nguyễn Nhật Huy