

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
ĐỐI VỚI THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN, VẬT LIỆU
KIỂM SOÁT IN VITRO

TPHCM, ngày 01 tháng 09 năm 2017

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: CÔNG TY CP KT THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 16 Thân Nhân Trung Phường 13 Quận Tân Bình TPHCM

Stt	Đề mục	Nội dung
I	Tóm tắt chung về trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả tổng quát	Tên thuốc thử: Wash Buffer II Dạng bào chế: chất lỏng Quy cách đóng gói: 1thùng/1950ml Dung dịch dạng lỏng, hỗn hợp muối natri, phụ gia Wash Buffer II đựng trong thùng nhựa 1950ml
1.2	Lịch sử đưa sản phẩm ra thị trường	Trung Quốc
1.3	Mục đích sử dụng	* Dùng rửa hệ thống ống dây, buồng đếm của máy. * Hóa chất xét nghiệm này chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro (IVD)
1.4	Danh mục các nước đã được cấp	Trung Quốc
1.5	Tình trạng các hồ sơ xin cấp phép đã nộp nhưng chưa được cấp phép tại các nước	Không có thông tin
1.6	Các thông tin liên quan đến sự an toàn/hiệu quả của sản phẩm	Khi các thùng thuốc bị va đập, rơi mạnh làm vỡ, nứt thùng chứa thuốc sẽ không đảm bảo đủ dung dịch để có thể xét nghiệm trên máy. Cần thay thế thùng thuốc khác bảo đảm để cho kết quả xét nghiệm chính xác. Không được uống, tránh tiếp xúc trực tiếp vào da, mắt, nếu có rửa sạch trên vòi nước đang chảy
II	Mô tả trang thiết bị y tế	
2.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Wash Buffer II Thành phần: * Hỗn hợp muối natri * Chất hoạt động bề mặt không chứa ion * Không azide