LOJER® For easy care

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm.....

DECLARATION OF CONFORMITY

Lojer Oy
Putajantie 42, P.O.Box 54
FIN-38201 Sastamala, Finland

S.Đ.K.K.D: 4102006724-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG
Q. BÌNH THẠNH TP HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hữu Khánh Hưng

declares that

LOJER AFIA EXAMINATION TABLES
(models 4050, 4040, 4140)

are in conformity with the following essential requirements of the Directive 93/42/EEC (Medical Devices) and the corresponding Finnish National Law no. 629 (2010). According to Directive 93/42/EEC examination tables are Class I medical devices.

All applicable parts of the following harmonized standards were referred in the designing of these devices:

EN 60601-1:2006
EN14971

Quality Management System: ISO 9001:2000

The products are marked with the CE marking.

Sastamala, Finland 2014-06-27

Aliina Tuomenlehti
Risk Management Engineer
Lojer Oy