

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn
Gram âm**

MIC PIPERACILLIN/TAZOBACTAM

Mã sản phẩm: MLT00065

Quy cách đóng gói:

Bộ kit chứa:

- 3 đĩa xét nghiệm (36 dải xét nghiệm)
- 10 túi PE
- 1 túi bảo quản (dùng để bảo quản các dải xét nghiệm chưa sử dụng)

Hạn sử dụng: 21 tháng

Cơ sở sản xuất: Erba Lachema s.r.o

Địa chỉ: Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Cộng hòa Séc

Bộ kit được thiết kế để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn Gram âm với kháng sinh piperacillin/tazobactam trên cơ sở xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nghĩa là nồng độ thấp nhất có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Bộ kit gồm 36 xét nghiệm. Xét nghiệm dựa trên sự tái hydrat hóa của kháng sinh trong các giếng bằng môi trường canh thang Mueller Hinton II và bổ sung thêm hỗn dịch vi khuẩn. Kết quả được đọc bằng mắt thường sau 16-20 giờ ủ.

Kit gồm:

- 3 đĩa xét nghiệm (36 dải xét nghiệm)
- 10 túi PE
- 1 túi bảo quản (dùng để bảo quản các dải xét nghiệm chưa sử dụng)

Bảo quản và hạn sử dụng của kit:

Khuyến cáo bảo quản bộ kit ở 2-8°C. Hạn sử dụng được in trên mỗi gói. Cần đặt đĩa ở nhiệt độ phòng tối thiểu 30 phút trước khi mở để tránh ngưng tụ nước.

Sau khi mở gói nhôm và gỡ bỏ lớp màng nhôm, không được để đĩa mở mà không có vật che đậy!!! Việc tiếp xúc với độ ẩm không khí có thể làm mất hoạt tính của kháng sinh!!!

Vật liệu cần để thực hiện xét nghiệm, không được cung cấp kèm theo kit:

- Dung dịch sinh lý vô trùng
- Môi trường Mueller Hinton II đã điều chỉnh cation (Ví dụ. Suspension medium MIC, mã MLT00070)
- Ống nghiệm vô trùng
- Bồn đựng hóa chất vô trùng 60 ml, mã 50004457
- Khung MTD đặt dải xét nghiệm, mã 50004477
- Pipet hút theo liều (pipet stepper) hoặc pipet đa kênh (multichannel pipette) hút được liều lượng 100 µl
- Pipet hút được liều lượng từ 20-60 µl
- Dụng cụ đo mật độ quang của dịch khuẩn (ví dụ DENSILAMETER II, mã INS00062)
- Máy ủ tủ ẩm 35±2°C
- Thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh thông thường (que cấy vòng, bút đánh dấu, đèn cồn,...)

Thận trọng: Bộ kit được dùng cho mục đích chuyên môn! Tuân thủ các quy tắc khi làm việc với vật liệu lây nhiễm!

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị hỗn dịch vi khuẩn (quy trình được khuyến cáo):

- 1) Chuẩn bị một ống nghiệm chứa dung dịch sinh lý.
- 2) Lấy một ít khuẩn lạc từ bề mặt cấy 18 – 24 giờ trên thạch máu và chuẩn bị hỗn dịch vi khuẩn trong dung dịch sinh lý, hỗn dịch phải đạt mật độ bằng 0,5 trên thang McFarland.
Cần đặc biệt chú ý việc chuẩn bị hỗn dịch đồng nhất đối với *Pseudomonas*. Phương pháp tăng sinh có thể dùng để thay thế là: lấy 3-5 khuẩn lạc chuyển vào một ống nghiệm chứa môi trường canh thang thích hợp và ủ để nhân giống đến mật độ 0,5 McFarland. Nếu vượt quá mật độ này, hỗn dịch được điều chỉnh bằng dung dịch nước muối vô trùng hoặc canh thang đến giá trị độ đục mong muốn là 0,5 McFarland.
- 3) Lấy 60 µl hỗn dịch vi khuẩn vào ống nghiệm chứa 13 ml môi trường Suspension medium MIC và dàn đều.

Cấy:

Lấy đĩa ra khỏi túi nhôm và gỡ lớp màng nhôm khỏi dải xét nghiệm, ví dụ. Gỡ bằng cách dùng dao mổ hoặc thước (chỉ gỡ ngay trước khi cấy). **Không để các đĩa mở mà không có vật che đậy!!! Việc tiếp xúc với không khí bên ngoài có thể làm mất hoạt tính của kháng sinh!!!** Đặt các dải xét nghiệm chưa dùng vào túi ZIP bảo quản. Chuyển gói hút ẩm từ túi ban đầu và túi bảo quản và đóng lại để sử dụng cho lần sau. Bảo quản nó ở 2-8°C tối đa 4 tuần.

Ghi số của chủng kiểm tra lên dải và đặt nó vào khung. Cấy 100 µl môi trường huyền phù (suspension medium) chứa dịch khuẩn vào từng giếng của dải. Lưu ý: Xử lý các dải trong vòng 60 phút sau khi lấy ra khỏi túi nhôm.

Ủ:

Đặt các đĩa đã cấy vào khung và đưa vào túi PE. Gấp phần đầu mở của túi xuống phía dưới đĩa để tránh bay hơi trong quá trình ủ. Ủ đĩa ở 35±2°C trong 16 – 20 giờ.

Đánh giá:

Lấy đĩa ra khỏi túi PE. Chọn cách thuận tiện nhất để đọc sự phát triển của vi khuẩn trong vi giếng:

- 1) Đọc trên nền xám hoặc dựa theo bố cục đĩa được mô tả trong hướng dẫn sử dụng.
- 2) Đọc dưới ánh sáng phân tán tự nhiên hoặc nhân tạo.

Chú ý:

Phải thấy được sự phát triển của vi khuẩn trong giếng đối chứng (đặt ở hàng H)! Nếu không có dấu hiệu sinh trưởng, KHÔNG THỂ đánh giá xét nghiệm! MIC là nồng độ kháng sinh thấp nhất trong một giếng mà không quan sát thấy sự sinh trưởng của vi khuẩn ở đó. Cần thận phân biệt các khuẩn vi khuẩn với bọt khí của môi trường. Ghi lại các kết quả.

Bảng. 1: Bố cục đĩa: dãy pha loãng piperacillin/tazobactam (tính bằng mg/l)

A	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128	PIT 128
B	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64	PIT 64
C	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32	PIT 32
D	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16	PIT 16
E	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8	PIT 8
F	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4	PIT 4
G	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2	PIT 2
H	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng	Đối chứng sinh trưởng
	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam	Piperacillin/ Tazo- bactam
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Bảng 2: Giá trị breakpoint MIC (Điểm nhạy cảm – giới hạn) lâm sàng (mg/l) đối với piperacillin/tazobactam

	EUCAST			CLSI		
	Nhạy cảm	Trung gian	Kháng	Nhạy cảm	Trung gian	Kháng
<i>Enterobacteriaceae</i>	≤ 8/4	16/4*	≥ 32/4	≤ 16/4	32/4-64/4	≥ 128/4
<i>Pseudomonas spp. (P. aeruginosa CLSI)</i>	≤ 16/4		≥ 32/4	≤ 16/4	32/4-64/4	≥ 128/4
<i>Acinetobacter spp.</i>	IE		IE	≤ 16/4	32/4-64/4	≥ 128/4

*Dựa theo ATU (Phạm vi không đảm bảo kỹ thuật), trước khi diễn giải các kết quả cần:

- Lặp lại xét nghiệm
- Sử dụng một xét nghiệm thay thế
- Hạ thấp phân loại nhạy cảm
- Đưa độ không đảm bảo vào như một phần của báo cáo

Xem thêm tại www.eucast.org

Diễn giải:

Các chủng kiểm tra được phân loại là nhạy cảm – trung gian – kháng piperacillin/tazobactam trên cơ sở xác định MIC theo bảng diễn giải của EUCAST (1) hoặc theo tài liệu M100 của CLSI (2). Ký hiệu IE chỉ ra rằng không có đủ bằng chứng về việc *Acinetobacter spp.* là đích nhắm tốt cho việc điều trị bằng kháng sinh piperacillin/tazobactam. Có thể báo cáo kết quả MIC kèm theo chú giải nhưng không có phân loại nhạy cảm (S), trung gian (I) hoặc kháng (R).

Các tiêu chí diễn giải khác phải được dùng dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn phòng thí nghiệm, ví dụ như tài liệu EUCAST Expert rules (3) hoặc tài liệu M100 (2) và tài liệu M07 (4) của CLSI. Khi diễn giải kết quả, cần xem xét thêm các thông số sau đây: kết quả định danh loài, nguồn gốc của mẫu, bệnh sử của bệnh nhân, hoặc kết quả của các xét nghiệm bổ sung.

Kiểm soát chất lượng:

Khuyến cáo rằng những chủng đối chứng dưới đây chỉ dùng cho việc nội kiểm tra chức năng của kháng sinh trong phòng thí nghiệm. Cần tuân thủ tiêu chuẩn EUCAST hoặc CLSI khi tiến hành đánh giá kết quả.

CCM 3954 (ATCC 25922) <i>Escherichia coli</i> MIC (mg/l)	CCM 3955 (ATCC 27853) <i>Pseudomonas aeruginosa</i> MIC (mg/l)	CCM 4225 (ATCC 35218) <i>Escherichia coli</i> MIC (mg/l)
PIT 1/4-4/4	PIT 1/4-8/4	PIT 0,5/4-2/4

ATCC – Ngân hàng chủng chuẩn Hoa Kỳ

CCM – Viện Bảo tàng giống vi sinh vật Séc, Đại học Masaryk, Khoa Khoa học, Kamenice 5, tòa nhà A25, 625 00 Brno, CZ, Số điện thoại 549 491 430, fax 549 498 289, <http://www.sci.muni.cz/ccm>, e-mail: ccm@sci.muni.cz

Bảo vệ sức khỏe:

Các thành phần của kit không được phân loại là nguy hiểm.

Thải bỏ vật liệu đã sử dụng:

Đặt đĩa đã dùng vào bình chứa vật liệu lây nhiễm và hấp khử trùng hoặc đốt nó.

Tài liệu tham khảo:

- 1) The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MIC and zone diameters, <http://www.eucast.org>
- 2) CLSI: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. CLSI dokument M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute.
- 3) EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing; <http://www.eucast.org>
- 4) CLSI: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. CLSI dokument M07. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015


Ngày cập nhật: 2. 7. 2019

10020331

KÝ HIỆU ĐÃ DÙNG


REF Số catalogue


IVD Chẩn đoán in vitro

 Nhà sản xuất

 Xem hướng dẫn sử dụng

LOT Số lô

 Nhiệt độ bảo quản

 Hạn sử dụng