

Số: 02/PN-HTI/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
Na Electrode**

<b>STT</b>	<b>Na Electrode</b>	
1	Mô tả trang thiết bị y tế	Điện cực chọn lọc ion Na
2	Hướng dẫn sử dụng	Sử dụng trên máy điện giải Elyte Plus. Châm dung dịch làm đầy điện cực và lắp đặt điện cực. Thực hiện chạy kích hoạt, hiệu chuẩn, kiểm chuẩn và chạy mẫu
3	Chống chỉ định	Điện cực chỉ dùng trong chuẩn đoán in vitro (IVD) và không sử dụng các mục đích khác theo khuyến cáo.
4	Cảnh báo và thận trọng	-Không sử dụng điện cực hết hạn
5	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Kết quả xét nghiệm có thể bị sai sót khi không thực hiện đúng yêu cầu, sử dụng điện cực hết hạn hoặc điện cực bị lỗi kỹ thuật.
6	Phương pháp thay thế (nếu có)	Không có thông tin.
7	Thông tin về nguyên vật liệu	Điện cực sẵn sàng để sử dụng
8	Các thông số kỹ thuật có liên quan	Bảo quản: nhiệt độ phòng Vận chuyển: nhẹ nhàng, tránh va đập hay rơi rớt.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Đơn vị nhập khẩu**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

