

Số: 07/2022/170000294/PCBMB-HCM

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Xe đẩy y dụng cụ đa năng	Theo phụ lục	Theo phụ lục	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd.	Đựng và di chuyển dụng cụ y tế trong bệnh viện	Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT	TTBYT Loại A
2	Tủ y tế	Theo phụ lục	Theo phụ lục	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd.	Bảo quản dụng cụ y tế trong bệnh viện	Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT	TTBYT Loại A

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân loại**  
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



*Qua Thất Chuẩn*

## BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ Mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Tủ y tế	HL-ECK-5; HL-ICND	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd./ Hàn Quốc	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd./ Hàn Quốc	Bảo quản dụng cụ y tế trong bệnh viện	Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT	A
2	Xe đẩy y dụng cụ đa năng	HL-FDBC-02; HL-FDBC; HL-LTC2-L; HL-UMP3SG; HL-UMP3S-1D; HL-UMP3SG-1	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd./ Hàn Quốc	Hanlim Medical Equipment Co., Ltd./ Hàn Quốc	Đựng và di chuyển dụng cụ y tế trong bệnh viện	Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT	A