

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP  
CÔNG NGHỆ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 0705/22/GPCN/PCBPL-BYT

Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại	Mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Kim chọc hút trứng non OPU	OPU Needle	310001,313201,316001,317001,318001,319001,320300,320350,321300,322300,326350,327350,328350,329350,336350,337350,338350,339350,347275,347277,357354,358354,359354,376350,377350,378350,381719,381721,382022,382123	Kitazato Corporation/ Nhật Bản	Kitazato Corporation / Nhật Bản	Dùng để chọc hút trứng	Quy tắc 6 (phần II, TT 39/2016/T T-BYT)	B

Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân loại

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



*Dương Tuyên*