

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thiết bị và Vật tư y tế Đông Dương

Địa chỉ: Phòng 606, Tháp A, Tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tên sản phẩm: Dụng cụ panh, kim, kẹp dùng trong phẫu thuật mắt

Mã sản phẩm: IW-883, IW-884, IW-885, IW-886, IW-887, IW-888, IW-889, IW-890, IW-891, IW-892, IW-893, IW-894, IW-895, IW-896, IW-897, IW-898, IW-899, IW-900, IW-901, IW-902, IW-903, IW-904, IW-905, IW-906, IW-906A, IW-906B, IW-907, IW-908, IW-909, IW-910, IW-911, IW-912, IW-913, IW-914, IW-915, IW-916, IW-917, IW-918, IW-919, IW-920, IW-921, IW-922, IW-923, IW-924, IW-925, IW-926, IW-927, IW-928, IW-929, IW-930, IW-931, IW-932, IW-933, IW-935, IW-936, IW-937, IW-938, IW-939, IW-939A, IW-940, IW-940A, IW-941, IW-941A, IW-942, IW-943, IW-944, IW-946, IW-947, IW-948, IW-949, IW-950, IW-953, IW-954, IW-955, IW-956, IW-957, IW-957A, IW-958, IW-959, IW-960, IW-961, IW-962, IW-963, IW-963A, IW-964, IW-966, IW-967, IW-968, IW-887T, IW-890T, IW-891T, IW-892T, IW-893T, IW-897T, IW-898T, IW-905T, IW-906T, IW-907T, IW-908T, IW-909T, IW-912T, IW-920T, IW-925T, IW-927T, IW-932T, IW-933T, IW-938T, IW-939T, IW-940T, IW-941T, IW-946T, IW-947T, IW-949T, IW-956T, IW-957T, IW-957TA, IW964T, IW966T, IW967T, IW968T, IW973T, IW1113, IW1114, IW1114A, IW1115, IW1113T, IW1114T, IW1114TA, IW1009, IW1010, IW1011, IW1012, IW1013, IW1014, IW1016, IW1017, IW1018, IW1019, IW1024, IW1025, IW1029, IW1030, IW1031, IW1032, IW1017T, IW1019T, IW1025T, IW1026T, IW1027T, IW1028T, IW1029T

Hãng sản xuất: Indo Webal Surgical PVT.LTD.

Nước sản xuất: Ấn Độ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none">- Dụng cụ trong phẫu thuật mắt- Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Dùng trong phẫu thuật mắt- Tùy mục đích sử dụng của phẫu thuật viên/ người sử dụng có chuyên môn về y tế sẽ chọn lựa hình dạng và kích thước dụng cụ phù hợp cho từng trường hợp phẫu thuật khác nhau.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Trước khi sử dụng dụng cụ cần kiểm tra các tạp chất và thay đổi bề mặt, nếu dụng cụ bị gỉ sắt nên xử lý hoặc thay thế dụng cụ mới. Không sử dụng dụng cụ bị hư hỏng, các bộ phận không đủ hoặc bị tách rời. Dùng phương pháp làm sạch, chống nhiễm khuẩn và tiệt trùng được phép sử dụng cho dụng cụ, tuân theo hướng dẫn khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ trong các cơ sở khám, chữa bệnh (QĐ số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế)



