TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM

Địa chỉ: Số 27 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

STT	Đề mục	Nội dung
1	**Tên trang thiết bị y tế**	Chất rửa cho máy phân tích huyết học Chủng loại : Cleanser CLE-P
2	**Mục đích sử dụng**	Chất rửa giúp làm sạch các bộ phận cấu tạo của máy, tăng tuổi thọ, độ bền, độ chính xác và hiệu quả sử dụng trang thiết bị.
3	**Hướng dẫn sử dụng**	Chất rửa dùng cho quá trình vận hành chế độ rửa hệ thống buồng đọc, đường ống… của máy phân tích huyết học Chất rửa CDS dùng để vệ sinh hệ thống kim hút mẫu, buồng đọc, đường ống, dây bơm - các vật tư tiêu hao của máy phân tích huyết học nhằm loại bỏ những tạp chất và dư lượng trên hệ thống, đảm bảo duy trì tuổi thọ của hệ thống, tăng độ chính xác trong quá trình phân tích xét nghiệm. Sử dụng chất rửa đưa vào kim hút mẫu, vận hành chế độ rửa bảo dưỡng. Khi cần rửa hệ thống, máy sinh sẽ tự động hút vào đường ống và tiến hành rửa hệ thống.Chi tiết xem trên hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
4	**Thành phần/ Nguyên vật liệu**	Thành phần từng loại hóa chất được thể hiện trên tem nhãn
5	**Quy cách đóng gói và bảo quản**	Đóng gói: xem trên bao bì sản phẩm Bảo quản đóng chặt theo điều kiện nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất, tránh ánh sáng và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình sử dụng chúng.
6	**Nhà sản xuất**	Tên nhà sản xuất: Shenzhen Dymind Biotechnology Co.,Ltd Địa chỉ tại: 10th Floor, Building B, Hightech Park, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

M.S.D.N: 0103402896 - C.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM - Q. THANH XUÂN - T.P HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Phong