

PHIẾU KIỂM NGHIỆM THÀNH PHẨM

Chủng loại	dfu EASY TEST Strep A Ag	Mã sản phẩm	H17
Số lô	H17001	Quy cách	Hộp 25 xét nghiệm
Ngày sản xuất	01/02/2022	Ngày kiểm nghiệm	01/02/2022
Hạn dùng	01/02/2024	Cỡ lô	120 hộp

Kết quả kiểm nghiệm

I) Kiểm tra ngoại quan

Stt.	Chỉ tiêu	Yêu cầu	Kết quả
1	Tình trạng đóng gói	Thành phẩm được dán niêm phong, không có dấu hiệu bị hư hỏng, móp méo.	Đạt
2	Khay thử	Một giếng nhỏ mẫu hình vuông ở dưới cùng của khay nhựa hình chữ nhật màu trắng. Có ký hiệu vạch thử (T) và vạch chứng (C) trong cửa sổ hiển thị hình chữ nhật.	Đạt


II) Kiểm tra hiệu lực

Stt.	Chỉ tiêu	Mẫu đối chiếu	Yêu cầu	Kết quả
1	Độ nhạy	Dương tính P1	Dương tính	Dương tính (3/3)
		Dương tính P2	Dương tính	Dương tính (3/3)
		Dương tính P3	Dương tính	Dương tính (3/3)
2	Độ đặc hiệu	Âm tính N	Âm tính	Âm tính (3/3)

III) Kết luận

Mẫu gửi kiểm nghiệm đạt yêu cầu chất lượng các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Phụ trách phòng kiểm nghiệm


Hieu Linh Phat

Giám đốc



LEE JEONG SEOK