

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐO HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH XÂM LẤN

Mục đích kết nối và theo dõi huyết áp của bệnh nhân trong các trường hợp:

- + Sốc kéo dài/ hạ huyết áp nặng
- + Nguy cơ rối loạn huyết động trong và sau phẫu thuật (đặc biệt là phẫu thuật tim và mạch máu lớn).
- + Trường hợp bệnh sốt xuất huyết (độ III, IV có tái sốc), tay chân miệng (độ III, IV), viêm cơ tim nặng...
- + Không đo được HA đo bằng tay.
- + Tất cả các trường hợp sốc.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Huệ Chi