

NHÃN PHỤ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Tên sản phẩm: Máy đo thính lực

Chủng loại: SID100433

Mã sản phẩm:

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Trung tâm trợ thính HEARLIFE

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Gold Future, số 148 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Nhà sản xuất: PATH MEDICAL GmbH

Địa chỉ: Landsberger Str.65, 82110 Germering Deutschland, Germany

Xuất xứ: Đức

Ngày sản xuất: xem trên nhãn gốc

Số seri: xem SN trên nhãn gốc

Tên cơ sở bảo hành: Công ty TNHH Trung tâm trợ thính HEARLIFE

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Gold Future, số 148 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội


Điện thoại cố định: 0984350551

Điện thoại di động:

Thông tin về hướng dẫn sử dụng, cảnh báo, bảo hành và các thông tin khác:

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



	Anlage zu Kap. B 7 – Produktbeschriftung <i>Attachment to Chap. B7 - Product labeling</i>		
	Senti Desktop Flex SN Label	P/N 100433	Version 09

Label wird angebracht auf / Label is installed on:

- Produkt / product
- Erstverpackung / primary package
- Sekundärverpackung / secondary packaging

Änderung zur Vorgängerversion / Change to previous version:

Added: MD symbol





Muster des neuen Labels / sample of the new label:



Image file: Model_SID100433.bmp

Layout file: 0802_DW_SentiSentieroSnLabelLayouts_04

Freigabe des Labels: / Approval of the label:

	Name und Funktion <i>Name and function</i>	Datum / Date	Unterschrift / Signature
Erstellt <i>Created</i>	Christoph Missauer / Development	20. APR. 2020	
Geprüft <i>Reviewed</i>	Jörg Müller / Product Manager	20.04.2020	
Freigegeben <i>Approved</i>	Anita Zahlmeir / RA & QM	21. APR. 2020	
Wirksam * <i>Effective</i>	Roland Sager / Leader pre-series production	04 JUN 2020	
Ungültig <i>Invalid</i>			

* Diese Unterschrift bestätigt, dass das Label für die Produktion zur Verfügung steht.

PATH MEDICAL GmbH, Landsberger Str. 65, 82110 Germering
Fon+49 89 800 76 502, Fax +49 89 800 76 503