

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH

Số nhà BT10-04 Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên trang thiết bị y tế: **Đầu cắt dịch kính**

Chủng loại/ Mã sản phẩm: 8267.VIT20; 8267.VIT23; 8267.VIT25; 8267.VIT27; 8268.VIT23; 8268.VIT25; 8268.VIT27; 1267.NMD; 1267.NMD05; 1267.NMD06; 1267.NMD25; 6228.NMD04; 6228.NMD05; 6228.NMD06; 6272.DIS27; 6272.EDV1; 6272.G1S; 6272.G1T; 6278.25K01; 6278.27K01; 2267.NMD04; 2267.NMD05; 2267.NMD06; 6227.ILD; 6227.NMD04; 6227.NMD05; 6227.NMD06; 6227.NMD09

Hãng/ Nước sản xuất: D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V/ Hà Lan

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH**

Địa chỉ: Số nhà BT10-04 Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 28/06/2022.

Hướng dẫn sử dụng:

- Trước khi sử dụng nên kiểm tra từng túi bảo đảm sản phẩm còn vô trùng.
- Mở bao vô trùng, lấy ra một cách cẩn thận.
- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Chữ ký, dấu)



GIÁM ĐỐC
BS. Lê Thị Nông