

CÔNG TY TNHH POLYGREEN VIỆT NAM

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 03: 2022/PGVN

NÚT ỐNG NGHIỆM D16mm

Lần soát xét: 01

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Họ và tên	Thành phần	Xác nhận
Bùi Đức Hải	Sản xuất	
Phạm Xuân Hùng	Soát nghiệm đang	
Đào Đình Khôi	Phê duyệt	
		 GIÁM ĐỐC Đào Đình Khôi

Nút Ống Nghiệm D16mm

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nút ống nghiệm D16mm do Công Ty TNHH Polygreen Việt Nam sản xuất, kinh doanh.

2. Quy cách

- Gồm 2 loại: Tiệt trùng và không tiệt trùng.
- Kết cấu gồm có: nút ống
- Kích thước danh nghĩa: Ø16mm.
- Hình ảnh sản phẩm



3. Nguyên liệu

TT	Tên nguyên liệu	Mô tả chung
1	Nút ống	PP/PE
2	Túi	Túi zipper
3	Nhãn túi	Nhãn decal
4	Hướng dẫn sử dụng	Khổ giấy A5/A4/A3
5	Thùng	Chất liệu carton
6	Lót thùng	Chất liệu carton
7	Nhãn thùng	Nhãn decal

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Yêu cầu về ngoại quan

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Độ sạch	Bề mặt sạch không lẫn tạp chất.	Kiểm tra bằng mắt
2	Độ nhẵn	Bề mặt nhẵn, không xước, không ba vĩa	Kiểm tra bằng mắt
3	Màu sắc	Màu sắc các chi tiết nhựa đồng nhất	Kiểm tra bằng mắt

4.2. Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
1	Lý hóa	Các nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn RoHS	Phiếu kiểm nghiệm của nhà cung cấp

4.3. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật

TT	Tiêu chí	Mức chất lượng	Phương pháp thử
----	----------	----------------	-----------------

1992-C
G TY
IHH
GREEN
NAM
- T.P.H

1	Đường kính nút ống	15.7±0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
2	Chiều cao nút ống	21±0.1mm	Thước caliper thang đo 0.1
3	Khối lượng nút	0.8±0.05g	Cân điện tử thang đo 0.01g
4	Màu nút	Theo yêu cầu sử dụng	Mẫu màu nhựa
5	Tiệt trùng (Áp dụng đối với loại sản phẩm tiệt trùng)	Không được có vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí, và nấm mốc	Phụ lục 13.7 Dược điển Việt Nam hoặc phiếu kiểm nghiệm của cơ sở tiệt trùng

4.4. Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Chủng loại
PFA003XXYY	Nút ống nghiệm D16mm	Test tube plug D16mm
PFB003XXYY	Nút ống nghiệm D16mm tiệt trùng	Test tube plug D16mm sterilized

5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

5.1. Bao gói

Số lượng chiếc/túi; túi/thùng theo yêu cầu của khách hàng, thường là:

TT	Nội dung	Quy cách	
		Chiếc/túi	Túi/thùng
1	Nút ống nghiệm D16mm	1500/2000/3000/4000/5000	10/16/20
2	Nút ống nghiệm D16mm tiệt trùng	1500/2000/3000/4000/5000	10/16/20

5.2. Ghi nhãn

Các nội dung trên nhãn sản phẩm tuân thủ quy định về nhãn hàng hóa: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện hành khác của nhà nước.

5.3. Vận chuyển

Sản phẩm được vận chuyển trong điều kiện thường, tránh va đập mạnh.

5.4. Bảo quản

Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

