

## **BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
thực hiện phân loại**



**Nguyễn Văn Bền**



Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro.

**Nơi nhận:**

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu VT.



**PHỤ LỤC**

(Đính kèm Bản kết quả phân loại trang thiết bị Y tế số : 03082022/BPL-BLW)

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chung loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Stent phình mạch não	pEGASUS Stent System: PEGASUS-350-15; PEGASUS-350-20; PEGASUS-350-25; PEGASUS-350-30; PEGASUS-450-15; PEGASUS-450-20; PEGASUS-450-25; PEGASUS-450-30. pEGASUS Stent System: PEGASUS-350-15-HPC; PEGASUS-350-20-HPC; PEGASUS-350-25-HPC; PEGASUS-350-30-HPC; PEGASUS-450-15-HPC; PEGASUS-450-20-HPC; PEGASUS-450-25-HPC; PEGASUS-450-30-HPC.	Phenox GmbH/ Đức	Phenox GmbH/ Đức	Vật liệu cấy ghép đặt trong cơ thể người, dùng trong điều trị phình mạch máu não	Quy tắc 8, phần II, mục 2, TT39/2016/T T-BYT	D
			Phenox GmbH/ Đức	Phenox GmbH/ Đức		Quy tắc 8, phần II, mục 2, TT39/2016/T T-BYT	D

