



Vinacontrol
SINCE 1957

Vinacontrol HoChiMinh City
80 Ba Huyen Thanh Quan St., Dist. 3,
Ho Chi Minh City
Tel : (84.28) 39.316323 - 39.316704
Fax : (84.28) 39.316961 - 38.437861
vinahochiminh@vinacontrol.com.vn
www.vinacontrol.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 20G15TND14668-01
MM03

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu:	CÔNG TY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ		
Tên mẫu:	Ống lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM		
Ký hiệu mẫu:	EPD		
Ngày nhận mẫu:	14.10.2020	Ngày thử nghiệm:	14.10.2020
Ngày trả kết quả:	29.10.2020		
Thời gian lưu mẫu:	1 tháng		

I. Tình trạng mẫu

- Niêm phong: Không
- Ngoại quan: Ống nhựa nắp liền
- Bao bì, đóng gói: Túi zip

II. Kết quả thử nghiệm

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
1	An toàn cảm quan về hình thức	-	Không nhựa thừa ở nắp, miệng và đáy ống nghiệm	Cảm quan
2	Độ kín thân và nắp	-	Nắp và thân vừa khít, không rò rỉ mẫu dung dịch ra ngoài	Cảm quan

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

Phan Liên Châu

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2 – VINACONTROL
GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Dũng

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Các kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm, dựa vào năng lực và hiểu biết tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm thử nghiệm. Hết thời hạn lưu mẫu, Vinacontrol không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
(* Phép thử được công nhận VILAS(ISO/IEC 17025) ; (**) Phép thử sử dụng nhà thầu phụ ; (#) phép thử được các Bộ, ngành chỉ định;
LOD : giới hạn phát hiện, LOQ: giới hạn định lượng.
Địa chỉ PTN: Lô U 18A đường 22 KCX Tân Thuận Q7, Tp.HCM ; Tel: 028.37700922; Fax: 028.37700997. Web: lab.vinacontrol.com.vn.
Email: labvinacontrol@yahoo.com, marketing.lab.vinacontrol@gmail.com.

