



Vinacontrol
SINCE 1957

Vinacontrol HoChiMinh City
80 Ba Huyen Thanh Quan St., Dist. 3,
Ho Chi Minh City
Tel : (84.28) 39.316323 - 39.316704
Fax : (84.28) 39.316961 - 38.437861
vinahochiminh@vinacontrol.com.vn
www.vinacontrol.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 20G15TND14668-01
MM06

Đơn vị yêu cầu và gửi mẫu:	CÔNG TY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ		
Tên mẫu:	Hộp lồng nuôi cấy vi sinh Ø90MM HTM		
Ký hiệu mẫu:	PET		
Ngày nhận mẫu:	14.10.2020	Ngày thử nghiệm:	14.10.2020
Ngày trả kết quả:	29.10.2020		
Thời gian lưu mẫu:	1 tháng		

I. Tình trạng mẫu

- Niêm phong: Không
- Ngoại quan: Hộp nhựa
- Bao bì, đóng gói: Gói hàn kín

II. Kết quả thử nghiệm

STT	Tên chỉ tiêu thử nghiệm		Đơn vị	Kết quả thử nghiệm	Phương pháp thử
Lấy mẫu bề mặt					TCVN 8129:2009 ^(*) (ISO 18593 : 2004)
1	Vô khuẩn	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/mẫu ⁽¹⁾	<10	Phương pháp khách hàng
		Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/mẫu ⁽¹⁾	<10	Phương pháp khách hàng
2	An toàn cảm quan về hình thức		-	Không nhựa thừa ở nắp, miệng hộp	Cảm quan

- Chú thích :
 - < 10 CFU/mẫu : không có khuẩn lạc nào hiện diện trên đĩa thạch môi trường.
 - ⁽¹⁾ Mẫu: Toàn bộ diện tích bề mặt bên trong mẫu

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

Phan Liên Châu

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM 2 – VINACONTROL
GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Dũng

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Các kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm, dựa vào năng lực và hiểu biết tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm thử nghiệm. Hết thời hạn lưu mẫu, Vinacontrol không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.
(*) Phép thử được công nhận VILAS(ISO/IEC 17025) ; (**) Phép thử sử dụng nhà thầu phụ ; (#) phép thử được các Bộ, ngành chỉ định;
LOD : giới hạn phát hiện, LOQ: giới hạn định lượng.
Địa chỉ PTN: Lô U 18A đường 22 KCX Tân Thuận Q7, Tp.HCM ; Tel: 028.37700922; Fax: 028.37700997. Web: lab.vinacontrol.com.vn.
Email: labvinacontrol@yahoo.com, marketing.lab.vinacontrol@gmail.com.

