

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Tên nguyên liệu : **KIMAGI (TBYT)** Tiêu chuẩn chất lượng: **TCCS**
Số lô : 010122 Nơi sản xuất: Agimexpharm – Bình Hòa
Cỡ lô : 1.000 chai Hạn dùng : 15/01/2025
Số phiếu KN : NC.2201.018 Ngày sản xuất : 15/01/2022

CHỈ TIÊU	MỨC CHẤT LƯỢNG	KẾT QUẢ
Tính chất	Dịch thể đồng nhất, không lẫn tạp chất, màu sắc và mùi đặc trưng của sản phẩm	Đạt
Giới hạn cho phép về thể tích	Không dưới thể tích ghi trên nhãn	Đạt (6,30 ml)
Kim loại nặng	Phải đạt yêu cầu quy định	Đúng
Giới hạn nhiễm khuẩn	Phải đạt yêu cầu quy định	Đạt

KẾT LUẬN:

ĐẠT TIÊU CHUẨN


Ngày: 20/01/2022
Kiểm nghiệm viên:

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Ngày: 20/01/2022
Giám đốc KTCL:

KS. Huỳnh Mai An Thịnh

Ngày: 20/01/2022
Đỗ Tổng GD QLCL:



Đ.S. Phạm Thị Bích Thủy