

Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng

Xác nhận bằng chữ ký số bởi cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Phương

Quality Control Specifications

Product: Magnesium, Xylidyl blue

REF: D01245

Quality Control Specifications:

SPECIFICATION

Appearance: clear, blue liquid

Odour: no characteristic odour

pH : 11.00 (± 0.10) at 25 °C (± 1 °C)

ABS [546 nm]: 1.000 - 1.300 at 15 - 25 °C

Functional test:

Control	Unit	Specification
DIACON N	mg/dL	Recovery of control must be within the stated range
DIACON P	mg/dL	Recovery of control must be within the stated range

Confirmed by digital signature:



Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
A - 2351 Wr. Neudorf, (Z-NÖ SÜd, Hondastr. Obj. M55
Phone: ++43 (0) 2236 60310 - 0 Fax: ++43 (0) 2236 60310 - 30
E-Mail: office@dialab.at Website: www.dialab.at



Name: Peter Freudenthaler
Department: Regulatory Affairs
Date: 2021-10-18