



### Mẫu nhãn phụ

|   |   |
|---|---|
| Tên sản phẩm                                  | Bộ bơm bóng áp lực cao  |
| Chủng loại                                    | BID-1/ BID-2  |
| Mã sản phẩm                                   | Vui lòng xem biểu tượng <input type="checkbox"/> REF trên nhãn gốc  |
| Số lưu hành                                   | xxxxx   |
| Tên và địa chỉ chủ sở hữu                     | Tianck Medical Co.,Ltd., 1-2 Floor, Building C, No.16 Yinkui road, Kuichong town, Dapeng new district, Shenzhen, 518119 Guangdong, P.R.China  |
| Tên và địa chỉ nhà sản xuất                   | Tianck Medical Co.,Ltd., 1-2 Floor, Building C, No.16 Yinkui road, Kuichong town, Dapeng new district, Shenzhen, 518119 Guangdong, P.R.China  |
| Tên và địa chỉ Chủ sở hữu số đăng ký lưu hành | Công ty Cổ phần Novamed Việt Nam<br>Ô văn phòng số 10 tầng 5, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà nội, Việt Nam. |
| Xuất xứ                                       | Trung Quốc  |
| Mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo | Xin xem chi tiết thông tin tại hướng dẫn sử dụng.   |
| Số lô   | Vui lòng xem biểu tượng <input type="checkbox"/> LOT trên nhãn gốc  |
| Ngày sản xuất                                 | Vui lòng xem biểu tượng <input type="checkbox"/> trên nhãn gốc  |

# Balloon Inflation Device

Model: BID1  
25ML, 30ATM  
3-way stopcock  
Hemostasis valve  
Insertion tool:20G\*10CM  
Torque device



REF 104012

20240524

LOT TK624215A

20270523



STERILE EO




EC REP



Lotus NL B. V

ADD: Koningin Julianaplein 10,  
le Verd, 2595AA, The Hague,  
Netherlands.

 **Tianck Medical Co., Ltd.**

ADD: 1-2 Floor, Building C, No.16  
Yinkui road, Kuichong town,  
Dapeng new district, Shenzhen,  
518119, P.R. China

WEB: [www.tianck.com](http://www.tianck.com)

E-mail: [sales1@tianck.com](mailto:sales1@tianck.com)

TEL: +86 755 28395385

FAX: +86 755 28397620


CE 0197

# Balloon Inflation Device


Model: BID2  
25ML, 40ATM  
3-way stopcock  
Hemostasis valve  
Insertion tool: 20G\*10CM  
Torque device



REF 104013

 20240524

LOT TK624215A

 20270523



STERILE EO




EC REP



Lotus NL B. V

ADD: Koningin Julianaplein 10,  
le Verd, 2595AA, The Hague,  
Netherlands.

 **Tianck Medical Co., Ltd.**

ADD: 1-2 Floor, Building C, No.16  
Yinkui road, Kuichong town,  
Dapeng new district, Shenzhen,  
518119, P.R. China

WEB: [www.tianck.com](http://www.tianck.com)

E-mail: [sales1@tianck.com](mailto:sales1@tianck.com)

TEL: +86 755 28395385

FAX: +86 755 28397620

 0197