



Tên hàng:	Hóa chất dùng để Định lượng amoniac trong huyết tương FUJI DRI-CHEM
Số lưu hành TTYT:	SLIDE NH3-PII
ĐV sở hữu số lưu hành:
Địa chỉ:	Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Lầu 30, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q1, TpHCM
Xuất xứ:	Nhật Bản
Hạn sử dụng:	Xem trên bao bì
Số lô/số serial	Xem trên bao bì
Tài liệu kỹ thuật	Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Bảo hành:	Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
Hướng dẫn sử dụng	Đặt thẻ hóa chất lên Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Fuji Dri-Chem, đặt ống nghiệm mẫu vào giá để mẫu chuyên biệt, nhấn nút “START” trên máy để bắt đầu xét nghiệm.