

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<p>HyPort (HyPort 3000, HyPort 6000, HyPort 8000, HyPort 9000, HyPort B30, HyPort B80) loạt Y tế</p> <p>Đơn vị cung cấp (sau đây gọi làgọi là thiết bị hoặc HyPort) là một điều quan trọng thiết bị được sử dụng trong các ICU và phòng điều hành. Nó được thiết bị y tế và phương tiện truyền thông cung cấp trên sàn nhà và được đặt trực tiếp tại điểm chăm sóc cấp tính, do đó cung cấp sự tiếp cận bệnh nhân được cải thiện, tối ưu hóa việc làm điều kiện và vệ sinh nhanh hơn.</p> <p>Trái ngược với các cây cầu truyền thông và thanh treo tường, thiết bị cho phép truy cập miễn phí vào tất cả các mặt của bệnh nhân. Nó có thểhoàn toàn thích nghi cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của nơi làm việc. Với nhiều độ dài cánh tay khác nhau, tự do kết hợp và các điểm dừng điều chỉnh riêng biệt, thiết bị có thể được phù hợp với từng phòng. Các khớp chạy trơn tru của nó, thân thiện với người sử dụng phanh và đầu hỗ trợ đa chức năng,</p>



		có thể được cố định theo chiều ngang hoặc chiều dọc, cung cấp miễn phí không gian nơi nó là cần thiết.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Các thành phần chính tấm đầu, tấm chân, tấm ghế, chân, cột và bàn chân vv và các phụ kiện (xem các tài liệu đính kèm).
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Bảng Điều hành nhằm hỗ trợ và xác định vị trí bệnh nhân cho các thủ tục phẫu thuật trong các phòng phẫu thuật
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thử nghiệm trước khi vận hành; 2. Bật Hệ thống; 3. Bảo đảm đã chọn môđun khí ở chế độ chờ; 4. Nạp khí tươi và Đưa ra chỉ định; 5. Chú ý đến các thông tin cảnh báo tình trạng cấp cứu; 6. Tắt hệ thống.
1.5	Chống chỉ định	<p>Không có chống chỉ định tuyệt đối cho sản phẩm này. Tuy nhiên, đối với một số bệnh nhân bị các bệnh đặc biệt, việc trợ thở đặc biệt là cần thiết hay việc điều trị phải được thực hiện trước khi trợ thở bằng máy móc. Nếu không, có thể gặp nguy hiểm.</p> <p>Thiết bị này không phù hợp để sử dụng trong môi trường MRI.</p>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Bảng điều hành này chỉ được vận hành bởi nhân viên được đào tạo. Không cho phép nhân viên trái phép hoặc không được huấn luyện để vận hành bàn.
1.7	Tác dụng bất lợi	Không có



	cụ thể xảy ra
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Trung Quốc
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có): Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

