

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL

Địa chỉ đăng kí: Tầng 2 số nhà 22 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Ngõ 8, số 8 phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 0243 8777 868

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

Stt	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật cột sống
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	<i>Không có</i>
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	<i>Được sử dụng để hỗ trợ trong quá trình phẫu thuật cột sống.</i>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><i>. Tất cả các sản phẩm chưa được tiệt trùng. Cần phải tiệt trùng trước khi sử dụng bằng hộp chuyên dụng; để sản phẩm trong hộp dụng ngăn nắp theo trình tự</i><i>. Thao tác thực hiện phải do kỹ thuật viên hoặc bác sĩ thực hiện, bệnh nhân không được tùy ý sử dụng.</i><i>. Tùy vào vị trí cũng như sản phẩm sử dụng cho từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ chọn dụng cụ phù hợp để sử dụng, hỗ trợ trong việc phẫu thuật cột sống.</i><i>. Sản phẩm được sử dụng lặp lại nhiều lần tùy vào tính năng, độ bền của sản phẩm. Bác sĩ sẽ đánh giá được và yêu cầu thay thế khi cần thiết.</i>
1.5	Chống chỉ định	<i>Hầu như là không có.</i>
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<i>Không nên dùng lại những dụng cụ nếu tính năng, độ bền không còn đảm bảo</i>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<i>Đặc trưng các sản phẩm tiệt trùng trước khi sử dụng nên hầu như không có tác dụng bất lợi</i>
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	



ĐẠI DIỆN CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn